

ZARZĄD POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

.....
(pieczęć Zamawiającego)

Znak: IMP.272.14.1.2014

Stalowa Wola, data 26.05.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Powiat Stalowowolski, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn.

„Zakup urządzenia kontrolno-pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Stalowej Woli”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie kontrolno-pomiarowe do badania masek, automatów oddechowych, aparatów powietrznych oraz ubrań chemoodpornych.

Minimalne wymagania dla urządzenia:

- urządzenie w pełni zautomatyzowane (automatyczna procedura testu),
- oprogramowanie w języku polskim, przystosowane do badań aparatu powietrznego marki MSA AUER, FENZY, DRAGER oraz ubrań chemoodpornych marki MSA AUER, DRAGER,
- możliwość przeprowadzania testów statycznych dla niskiego i średniego, ciśnienia (szczelność) oraz dynamicznych (test sztucznych płuc) kompletnego aparatu, jak i jego części składowych (maska, automat oddechowy, reduktor), zgodnie z normą PN-EN 136, PN-EN-137, PN-EN 13274-3,
- możliwość przeprowadzenia testów statycznych ubrań chemoodpornych zgodnie z normą PN-EN 464,
- możliwość przeprowadzenia testów poprawności działania urządzenia ostrzegawczego i manometru bez udziału operatora,
- zintegrowany czytnik transponderów (szybka identyfikacja sprzętu badanego),
- możliwość identyfikacji testowanych urządzeń po numerze seryjnym, kodzie kreskowym lub transponderze,
- możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby wykonującej badanie na podstawie nazwy użytkownika,
- urządzenie wyposażone w adaptery, zaślepki, przyłącza, klucze do zaworów masek i ubrań, manometry kontrolne ciśnienia w butli do 400 bar, manometr kontrolny średniego ciśnienia, klucz specjalny (cyrkiel), klucze do łączników na szybkozłącze narzędzia oraz inny sprzęt umożliwiające testy wszystkich typów aparatów będących na wyposażeniu PSP i OSP tj. Auer, Drager, Fenzy,
- urządzenie posiada wbudowany komputer z panelem dotykowym LCD o przekątnej min.

15 cali oraz wejściem USB z możliwością podłączenia drukarki w celu dokonania wydruku raportu wyników testu,

- dostęp do testów archiwalnych w bazie danych,
- wymagany okres gwarancji min 12 miesięcy.

Urządzenie winno posiadać instrukcje obsługi w języku polskim.

Zamawiający wymaga przeszkolenia minimum 6 pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli z obsługi urządzenia.

2. Termin realizacji zamówienia i miejsce dostawy.

Termin dostawy urządzenia – do 75 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce dostawy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 27, 37-450 Stalowa Wola.

3. Kryteria oceny ofert.

Cena 100% wyliczona wg wzoru: najniższa zaoferowana cena brutto/ cena brutto w badanej ofercie x100.

4. Termin i miejsce złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.06.2014r. do godz.14.00 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, pokój nr 108.

5. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu 04.06.2014r. o godz.14.15 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola ul. Podleśna 15, w pokoju nr 106.

6. Sposób przygotowania oferty:

6.1. zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty,

6.2. ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem – zapytanie ofertowe- zadanie pn. „Zakup urządzenia kontrolno-pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Stalowej Woli”,

6.3. zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,

6.4. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

6.5. do oferty należy dołączyć:

6.5.1. aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania ofert,

6.5.2. formularz oferty- załącznik nr 1,

6.5.3. potwierdzenie wymagań dotyczących oferowanego urządzenia – załącznik nr 2.

7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Alicja Mach
tel. 15 643 36 06.

8. Załączniki:

8.1. formularz oferty,

8.2. formularz- potwierdzenie wymagań dotyczących oferowanego urządzenia – załącznik nr 2,

8.3. wzór umowy- załącznik nr 3.

~~STAROSTA~~
Robert Fila

.....
(Zamawiający)

.....
(nazwa/pieczęć Wykonawcy)
siedziba/adres.....
.....
Tel.....
Fax.....
e-mail.....
osoba do kontaktu:.....

Adresat:
Powiat Stalowowolski
z siedzibą
Starostwa Powiatowego
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

OFERTA (formularz oferty)

W związku z zapytaniem dotyczącym zadania pn. „**Zakup urządzenia kontrolno-pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Stalowej Woli**”

Oferujemy dostawę urządzenia (wpisać producenta, typ, model)

za:

kwotę netto zł
VAT (.....%) zł
kwotę brutto zł

(słownie:.....)

.....)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania.
4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zamówienie zrealizujemy w terminie do 75 dni licząc od dnia podpisania umowy.
5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

.....dnia.....

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

POTWIERDZENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OFEROWANEGO URZĄDZENIA

L.P.	Wymagania minimalne dla urządzenia	Propozycja Wykonawcy
	Urządzenie kontrolno-pomiarowe dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Stalowej Woli	producent:..... typ..... model.....
1.	urządzenie w pełni zautomatyzowane (automatyczna procedura testu),	TAK/NIE
2.	oprogramowanie w języku polskim, przystosowane do badań aparatu powietrznego marki MSA AUER, FENZY, DRAGER oraz ubrań chemoodpornych marki MSA AUER, DRAGER	TAK/NIE
3.	możliwość przeprowadzania testów statycznych dla niskiego i średniego ciśnienia (szczelność) oraz dynamicznych (test sztucznych płuc) kompletnego aparatu, jak i jego części składowych (maska, automat oddechowy, reduktor), zgodnie z normą PN-EN 136, PN-EN 137, PN-EN 13274-3	TAK/NIE
4.	możliwość przeprowadzenia testów statycznych ubrań chemoodpornych zgodnie z normą PN-EN 464	TAK/NIE
5.	możliwość przeprowadzenia testów poprawności działania urządzenia ostrzegawczego i manometru bez udziału operatora	TAK/NIE
6.	zintegrowany czytnik transponderów (szybka identyfikacja sprzętu badanego),	TAK/NIE
7.	identyfikacja testowanych urządzeń po numerze seryjnym, kodzie kreskowym lub transponderze	TAK/NIE
8.	jednoznaczna identyfikacja osoby wykonującej badanie na podstawie nazwy użytkownika	TAK/NIE
9.	urządzenie wyposażone w adaptery, zaślepki, przyłącza, klucze do zaworów masek i ubrań, manometry kontrolne ciśnienia w butli do 400 bar, manometr kontrolny średniego ciśnienia, klucz specjalny (cyrkiel), klucze do łączników na szybkołączne narzędzia oraz inny sprzęt umożliwiające testy wszystkich typów aparatów będących na wyposażeniu PSP i OSP tj. Auer, Drager, Fenzy,	TAK/NIE
10.	wbudowany komputer z panelem dotykowym LCD o przekątnej min.15 cali oraz wejściem USB z możliwością podłączenia drukarki w celu dokonania wydruku raportu wyników testu	TAK/NIE
11.	dostęp do testów archiwalnych w bazie danych	TAK/NIE
12.	instrukcja obsługi w języku polskim	TAK/NIE
13.	Okres gwarancji min 12 miesięcymiesiące
14.	Przeszkolenie min. 6 pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli z obsługi urządzenia podczas odbioru końcowego.	TAK/NIE

Wykonawca wypełnia kolumnę 3 poprzez wpisanie producenta, typu i modelu urządzenia, w poz. 13 określa termin gwarancji oraz pozostałych wierszy w kolumnie poprzez skreślenie „NIE” jeżeli potwierdza spełnienie żądanych wymagań.

.....dnia.....

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

UMOWA (WZÓR) nr IMP.272.14.1.2014

W dniu..... 2014 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola, reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu**, w imieniu którego działają:

1. Robert Fila Starosta
 2. Mariusz Sołtys Wicestarosta
- zwanym w treści umowy **Zamawiającym**
a
.....

w imieniu, którego działa:
.....

zwanym w treści umowy **Wykonawcą**

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zawarto umowę o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „**Zakup urządzenia kontrolno-pomiarowego dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Stalowej Woli**”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia2014r.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do oferty będący integralną częścią umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 75 dni licząc od dnia podpisania umowy **tj. do dnia**
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o dacie dostawy urządzenia.
3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 27, 37-450 Stalowa Wola.

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia2014r.
w kwocie netto PLN
VAT PLN
brutto PLN
słownie:
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

§ 4

1. Rozliczenie przedmiotu umowy pomiędzy Stronami nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przeprowadzeniu szkolenia z obsługi
2. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę i płatnika podać: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-20-78-682.
3. Płatność za wykonany i odebrany przedmiot umowy zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w.....
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 5

1. Dokumentem stwierdzającym zrealizowanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego sporządzony i podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Do czasu dokonania odbioru końcowego Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego urządzenia.
3. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, po uruchomieniu i sprawdzeniu poprawności działania przedmiotu umowy i sprawdzeniu zgodności jakościowej i ilościowej dostarczonego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od czynności odbiorowych, a Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku gdy nie będzie on odpowiadał jakościowo i ilościowo warunkom określonym w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy z dnia..... Koszt zwrotu i wymiany urządzenia ponosi Wykonawca.
6. Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla minimum 6 pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli odbędzie się w KP PSP w Stalowej Woli w dniu odbioru końcowego. Z przeszkolenia pracowników zostanie

sporządzony protokół z wykazem osób przeszkolonych, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru:

1. instrukcje obsługi w języku polskim,
2. kompletną dokumentację techniczno – eksploatacyjną,
3. dokument gwarancyjny na dostarczone urządzenie.

§ 7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad technicznych.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres miesięcy. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
3. Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany wyposażenia na wolne od wad lub jego nieodpłatnej naprawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do świadczenia nieodpłatnej, bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania. W przypadku naprawy gwarancyjnej poza miejscem użytkowania koszty transportu ponosi Wykonawca.
5. Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że czas reakcji serwisu tj. od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu serwisanta do miejsca użytkowania urządzenia, nie będzie dłuższy niż 10 dni roboczych.
7. W przypadku, gdy naprawa urządzenia nie jest możliwa w okresie określonym w pkt. 6 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy,
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad- w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz za zwłokę w przeszkoleniu pracowników będą egzekwowane w oparciu o notę księgową wystawioną przez Zamawiającego.

§ 9

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 10

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną częścią umowy są:

1. Zapytanie ofertowe z dnia.....
2. Oferta Wykonawcy z dniawraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY :

1.....

2.....

WYKONAWCA :

1.....

2.....